SZYBKA INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCA

ABRA SMART ABRA SMART BT

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

Niniejsza instrukcja pomoże Ci ustawić i przygotować glukometr do przeprowadzenia badań. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Użycia dołączona do zestawu ABRA SMART / ABRA SMART BT.

1. OPIS GLUKOMETRU

2. URUCHOMIENIE GLUKOMETRU



Zsuń pokrywę baterii.



Umieść baterie zgodnie z biegunami + i –.



Wsuń pokrywę baterii z powrotem.

3. USTAWIENIE DATY I GODZINY



Przy wyłączonym glukometrze przytrzymaj przycisk **M** przez 4 sek. Wybierz format czasu używając ▲ i ▼. Zatwierdź wybór przyciskiem **M**.



Ustaw rok używając ▲ i ▼. Zatwierdź wybór przyciskiem **M**.



Ustaw miesiąc i dzień używając ▲ i ▼. Zatwierdź wybór przyciskiem **M**.



Ustaw godzinę i minuty używając ▲ i ▼. Zatwierdź wybór przyciskiem **M**.



Włącz (ON) lub wyłącz (OFF) sygnał dźwiękowy przy użyciu ▲. Zatwierdź wybór przyciskiem **M**.



Urządzenie wyświetli ustawioną datę i godzinę. Zatwierdź wybór przyciskiem **M**.

4. PRZYGOTOWANIE NAKŁUWACZA



Przekręć i ściągnij nasadkę nakłuwacza.



Umieść stabilnie lancet w nośniku.



Ściągnij końcówkę ochronną lancetu.



Nałóż nasadkę nakłuwacza i dokręć ją.



Ustaw głębokość nakłucia skóry, obracając przeźroczystą końcówką.



Odciągnij ruchomą tuleję, aż usłyszysz kliknięcie.

5. PRZEPROWADZENIE BADANIA



Przed przystąpieniem do pomiaru umyj ręce wyłącznie wodą z mydłem a następnie osusz.



Zapisz datę pierwszego otwarcia pojemnika. Wyjmij pasek testowy i zamknij szczelnie opakowanie.



Włóż pasek testowy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawią się poruszające się linie.



Migający symbol ♦ oznacza, że urządzenie jest gotowe na próbkę krwi. Użyj przycisków ▲ i ▼, aby wybrać pomiar przed posiłkiem lub po posiłku .



Rozmasuj energicznie miejsce pobrania krwi.



Przyłóż mocno nakłuwacz i wciśnij przycisk zwalniający. Kliknięcie oznacza, że nakłucie zostało wykonane.



Przyłóż końcówkę paska testowego do kropli krwi, która zostanie automatycznie zassana.



Upewnij się, że okienko jest całkowicie wypełnione krwią.



Gdy okienko paska testowego zostanie wypełnione, na wyświetlaczu wyłączy się symbol ♦, a urządzenie rozpocznie odliczanie od 5 do 1.



Glukometr wyświetli wynik pomiaru, który zostanie automatycznie zapisany w pamięci.



Glukometr wyłączy się automatycznie po wyjęciu paska testowego.

INFOLINIA

CZYNNA:
Poniedziałek - piątek

W GODZINACH:
8.00 - 16.00

800 70 30 11
dla telefonów stacjonarnych połączenie bezpłatne

+48 85 874 69 28
dla telefonów komórkowych (koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora)

Diagnosis S.A.,
ul. Gen. W. Andersa 38A,
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

CE 0197

Rev. 2020.05.05